



COTAÇÃO PRÉVIA N.º 001/2024
ATA N.º 001/2024

Às **nove horas do dia vinte de fevereiro de 2024** a EQUIPE TÉCNICA acompanhado da EQUIPE DE APOIO DE COMPRAS PÚBLICAS da Santa Casa de Franca reuniu-se com o objetivo de abrir e processar as propostas e documentações da COTAÇÃO PRÉVIA n.º 001/2024, destinado à aquisição de **Equipamentos Médico Hospitalares e Móveis Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente cotação são:

- D&I Comércio de Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ n.º 18.552.169/0001-10;
- E Tamussino e Cia Ltda – CNPJ n.º 33.100.082/0002-86;
- Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda – CNPJ n.º 32.150.633/0001-72

Item	Quant.	Descrição Material
1.	01	Sistema de Vídeo Laparoscopia Rígida

1. DA ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA RÍGIDA:

Para este item foi apresentado proposta das seguintes Empresas: D&I Comércio de Equipamentos Médicos Ltda ; E Tamussino e Cia Ltda e Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.

Análise D&I:

Documental: Proponente não apresentou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou equipamentos marca Karl Storz fornecedor atende ao descritivo exigido, no entanto está inabilitado na fase de propostas devido ao fato de ter orçado equipamento com valor superior ao previsto na dotação orçamentária. Proponente desclassificado

Análise E Tamussino:

Documental: Proponente enviou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou equipamento da marca Richard Wolf, após análise técnica foi constatado que o mesmo atende integralmente a todos requisitos técnicos do edital com valor dentro da dotação orçamentária. Fornecedor classificado.

Análise Labormed:

Documental: Proponente apresentou ACT com item que não condiz com o equipamento ofertado; na Certidão SICAF contém ocorrências. Está inabilitado na fase de propostas devido ao fato de ter orçado equipamento com valor superior ao previsto na dotação orçamentária.

Técnica: Proponente apresentou equipamentos marca Mindray, após análise técnica foi constatado que não atende ao descritivo exigido nos seguinte ponto segundo o Manual da Empresa Mindray, a cabeça da câmera só pode ser esterilizada por plasma de peróxido de hidrogênio. Portanto, proponente desclassificado.

2. DO PREÇO – MENOR PREÇO

ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA RÍGIDA:

FORNECEDOR	E TAMUSSINO
PROPOSTA	R\$ 488.698,20
VALOR UNITÁRIO	R\$ 488.698,20



VALOR TOTAL	R\$ 488.698,20
--------------------	-----------------------

- Segue abaixo o menor preço registrado por item:

Item	Empresa	Valor Total
1.	E TAMUSSINO	R\$ 488.698,20

3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais a constar, assinam a presente ata os integrantes da equipe de apoio e técnica.

Franca, 20 de fevereiro de 2024.

TAILA CRISTINA FALCUCI

Membro da Equipe de Apoio

SILLAS PEREIRA DE SOUSA

Membro da Equipe Técnica