
<SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO> COTAÇÃO PRÉVIA Nº 006/2024

Araujo, Renata <renata.araujo@draeger.com>

4 de março de 2024 às 13:38

Para: "compraspublicas@santacasadefranca.com.br" <compraspublicas@santacasadefranca.com.br>

Cc: "Silva, Joyce" <Joyce.Silva@draeger.com>, "Assis, Thiago 2" <Thiago.Assis2@draeger.com>

Internal

Boa tarde, Prezados!

A Dräger do Brasil Ltda, interessada em participar do processo referenciado, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimentos.

DO TERMO DE REFERÊNCIA:

O edital solicita: "com resolução mínima de 1024x600 pixels"

Do pedido: Informar se será aceito monitor que possui tela capacitiva, touch-screen de 8,4 polegadas, resolução 800X600.

O edital solicita: "utiliza tecnologia FAST, Nellcor ou Masimo"

Do pedido: Informar se será aceito equipamento que possui SPO2 com tecnologia própria, sendo a Dräger.

Atenciosamente,

Renata Araujo

Analista de Licitações

Licitações

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil

Tel: 11 4689-4900 Ramal 6438

renata.araujo@draeger.com

www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Tecnologia para a Vida



Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.