
Fwd: <SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO> COTAÇÃO PRÉVIA Nº 007/2024

Taila - Compras Publicas (Grupo Santa Casa de Franca)
<compraspublicas@santacasadefranca.com.br>
Para: Sillas Pereira de Sousa <sillas.sousa@santacasadefranca.com.br>
Cc: Atalo Guilherme dos Santos <atalo.santos@santacasadefranca.com.br>

4 de março de 2024
às 14:26

Boa tarde á todos,

Segue Pedido de Esclarecimento CP 007/2024 Aparelho de Anestesia.

Grata,
Taila

----- Forwarded message -----

De: **Araujo, Renata** <renata.araujo@draeger.com>
Date: seg., 4 de mar. de 2024 às 14:17
Subject: <SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO> COTAÇÃO PRÉVIA Nº 007/2024
To: compraspublicas@santacasadefranca.com.br <compraspublicas@santacasadefranca.com.br>
Cc: Silva, Joyce <Joyce.Silva@draeger.com>, Assis, Thiago 2 <Thiago.Assis2@draeger.com>

Internal

Boa tarde, Prezados!

A Dräger do Brasil Ltda, interessada em participar do processo referenciado, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimentos.

DO TERMO DE REFERÊNCIA:

O edital solicita: "com ajuste de posicionamento no mínimo lateral para melhor ergonomia do usuário"

Do pedido: Informar se podemos participar com aparelho de anestesia que possui tela antirreflexiva não sendo aplicável a rotação.

O edital solicita: "Deve possuir no mínimo 3 gavetas"

Do pedido: No intuito de participarmos da concorrência, gostaríamos de saber a respeito do quantitativo de gavetas citado no termo de referência. Temos notado uma tendência mundial dos fabricantes na redução do número de gavetas dos aparelhos de anestesia por conta da ergonomia do corpo clínico. Com a redução do número de gavetas, os materiais que antes precisavam ser procurados dentro de gavetas, agora ficam em fácil acesso para uso durante o procedimento cirúrgico. Os fabricantes têm desenvolvido bancadas de trabalho maiores, no conceito "tudo a vista", que traz um tempo de resposta melhor da equipe clínica ao precisar acessar insumos e outros itens que antes ficavam "escondidos". Foi pensando nessa, e em outras melhorias que desenvolvemos o Atlan. Esse equipamento lançado no Brasil há 3 anos, já é homologado em grandes redes e centros de referência por todo o país. Atualmente, a versão que temos disponível possui 1 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que podem ser observados no catálogo em anexo. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300

Atenciosamente,

Renata Araujo

Analista de Licitações

Licitações

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil

Tel: 11 4689-4900 Ramal 6438

renata.araujo@draeger.com

www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Tecnologia para a Vida



Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.

--



Taila Cristina Falcuci

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca - CNPJ: 47.969.134/0001-89

Compras Públicas - (16)3705-9305

 **1.Atlan_A300_.pdf**
1006K