
ESCLARECIMENTO, CP 004/2024 (CONVÊNIO 949427/2023)

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

8 de fevereiro de 2024 às 09:46

Para: "compraspublicas@santacasadefranca.com.br" <compraspublicas@santacasadefranca.com.br>

Cc: Ana Beatriz Higashizima <ahigashizima@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: CP 004/2024 – ITEM 1: “MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM”

Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, tecnologias que possuem resolução de 800 x 600 pixels serão aceitos?

Além disso, é mencionado: “armazenamento interno de no mínimo 400 registros de pacientes”. Sendo assim, questionamos, tecnologias que permitem revisão de 160 horas de tendências, 2000 grupos de PNI, 200 eventos de alarmes serão permitidos?

Por fim, para o parâmetro de temperatura é solicitado: “Temperatura que permite medições em modo de monitoramento contínuo na faixa entre 27° C a 43° C”. Deste modo, questionamos, tecnologias que possuem faixa de 34°C a 42,2°C serão aceitas?

Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Engenheira Biomédica – Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.