

---

## ESCLARECIMENTO, CP 006/2024 (CONVÊNIO Nº 949427/2023)

---

**Bruna Padovan Marcondes** <bpadovan@prolife.com.br>

29 de fevereiro de 2024 às 11:33

Para: "Taila - Compras Publicas (Grupo Santa Casa de Franca)" <compraspublicas@santacasadefranca.com.br>

Cc: Ana Beatriz Higashizima <ahigashizima@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

**Ref.: CP 006/2024 – ITEM 1: “MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM”**

O descritivo técnico menciona: “resolução mínima de 1024x600 pixels”. Levando em consideração os equipamentos disponíveis no mercado, questionamos, tecnologias que possuem resolução de 800x600 pixels serão aceitas?

Além disso, é descrito: “bateria de lítio recarregável com no mínimo 6 horas de operação”. Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, indagamos, monitores que possuem bateria de operação de pelo menos 3 horas serão permitidos?

Por fim, em relação ao parâmetro de temperatura, questionamos, tecnologias que utilizam termômetro timpânico com faixa de operação de 34°C a 42,2°C, conforme norma, serão aceitos?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,



**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**

Engenheira Biomédica – Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.