

Ribeirão Preto, 06 de fevereiro de 2024.

À

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

REF.: PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA N.º 003/2024

CONVÊNIO FEDERAL Nº 944598/2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR

A **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.**, empresa estabelecida em Ribeirão Preto – SP, à rua: Guido Borsaro n.º 828, Parque dos Bandeirantes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.091.417/0001-19, por seu representante legal ao final assinado, vem, tempestivamente e respeitosamente, apresentar **ESCLARECIMENTO** ao referido edital, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

## 1 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### 1.1 – DO ITEM 01 – APARELHO DE ANESTESIA

A especificação técnica do item 1 Aparelho de Anestesia solicita a seguinte condição:

para monitor e bateria. Equipamento para atuação em procedimentos cirúrgicos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, inclusive em cirurgias de obesidade mórbida, também com patologias, insuficiência pulmonar e pneumotórax. Aspectos gerais: Móvel com estrutura em polímero de alta resistência ou similar, com no mínimo

*Página 12 do Anexo II da especificação técnica do item*

É sabido que a descrição da atuação da máquina em caso de patologias, insuficiência pulmonar e pneumotórax não deve ser enquadrada como uma característica do equipamento, uma vez que tal indicação deve ser realizada pela equipe clínica ao utilizar a máquina. A contraindicação para o pneumotórax se faz necessária uma vez que em pacientes nesta condição, o uso da terapia com pressão positiva pode piorar o estado do paciente evoluindo para instabilidade hemodinâmica além de agravar o estado do paciente, como consta na literatura:

O uso inapropriado deste dispositivo pode causar barotrauma, como por exemplo, aplicado na fase inspiratório do ventilador, quando a válvula de liberação de gases está fechada. Isto é crucial, pois durante a fase inspiratória um fluxo de pelo menos  $1 \text{ l. seg}^{-1}$  é acrescentado a fase inspiratória. Quando o flush da válvula é ativado e o ventilador esta no ciclo inspiratório, o alto volume corrente pode produzir lesão pulmonar como um pneumotórax.

*Trecho da página 7 do artigo: “Conceitos Fundamentais do Aparelho de Anestesia”, N.M.Fonseca, 2006.*

#### Referência:

FONSECA, NM; **Conceitos fundamentais do aparelho de anestesia**. In: Medicina Perioperatória: Cavalcanti IL, Cantinho FAF, Assad A. Rio de Janeiro: SAERJ, 2006.237–251.

**QUESTIONAMENTO:** diante ao exposto, visto que tal indicação somente deve ser feita após equipe especializada avaliar se é possível ou não o uso da máquina para determinada situação, questionamos se serão aceitos equipamentos que fazem tal função apenas após a indicação por equipe especializada?

## 2 - REQUERIMENTOS:

Em face do exposto, requeremos respeitosamente, que sejam analisados e considerados nosso pedido Esclarecimento em relação às exigências do Termo de Referência para participação na referida Cotação Prévia.

Pede Deferimento.

Agradeço a atenção.

GEAN  
CARLOS  
ZAFALON:2  
6776823898

Assinado de forma  
digital por GEAN  
CARLOS  
ZAFALON:267768  
23898  
Dados: 2024.02.06  
16:07:14 -03'00'

---

**ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.**

**DIRETOR COMERCIAL**

**GEAN CARLOS ZAFALON**