



À

D&I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Cotação Prévia nº 006/2024 - Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar.

A **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, por intermédio de sua Equipe de Apoio, vem por meio desta apresentar sua **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** ao Edital do processo de cotação prévia supracitado, apresentada pela empresa **D&I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.552.169/0001-10, em 04/03/2024, às 07h59min, via endereço eletrônico (e-mail), sugerindo, em síntese:

- 1- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:** ITEM 01 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM Esclarecimento 01: Na descrição técnica não está especificada a inclusão de um registrador térmico, contudo em acessórios está sendo solicitado um rolo para registrador térmico. Serão aceitos equipamentos sem registrador térmico uma vez que o mesmo não descrito em edital?

RESPOSTA SANTA CASA DE FRANCA: Sim, serão aceitos equipamentos sem registrador térmico, após análise técnica e clínica o mesmo não irá impactar na rotina no uso do equipamento. Vale ressaltar que as especificações técnicas atendem os interesses da Fundação e não possuem qualquer ilegalidade ou identificação que prejudiquem licitantes, garantindo assim a participação de qualquer fornecedor habilitado, preservando o princípio da livre concorrência.

Pelo exposto, esclarecidas as questões suscitadas, restou demonstrado que o edital se encontra livre de qualquer vício ou ilicitude, sendo. Pois, retificado apenas no que foi apontado acima.

Publique-se

Franca, 04 de março de 2024



Taila Cristina Falcuci

Membro da Equipe de Compras Públicas

Taila Falcuci

Sillas Pereira de Sousa

Membro da Equipe de Compras Públicas