



**2º RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º143/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º082/2018**

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que, no **PREGÃO PRESENCIAL n.º082/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição de:

**ITEM 03 – 01 unidade de TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO (04 CORTES)**, de acordo com as condições do Edital e seus Anexos, publicados no Diário Oficial e no Diário do Município de Franca, no dia 02/05/2018, **deverão ser observadas as alterações no texto do Edital conforme disposições abaixo:**

**Alteração parcial da redação do Anexo II, “Correção da descrição”, ITEM 3 – TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO (04 CORTES):**

Nas linhas quatro e cinco, **onde esta escrito:** “Inclinação do gantry de no mínimo +/- 30 graus...” **altera-se para:** “Inclinação (ou inclinação digital) do gantry de no mínimo +/- 30 graus”;

Na linha seis, **onde esta escrito:** “Campo de visão na faixa de 5 a 40 cm” **altera-se para:** “Campo de visão na faixa de aproximadamente 5 a 40 cm”;

Na linha oito, **onde esta escrito:** “Tempo máximo de um giro (360º) do tubo de raios-X de 0,8 segundos...” **altera-se para:** “Tempo máximo de um giro (360º) do tubo de raios-X de até 1 segundo”;

Na linha onze, **onde esta escrito:** “..contínuo de espiral de 100 segundos, com cobertura volumétrica mínima de 150 cm..” **altera-se para:** “..contínuo de espiral de 90 segundos, com cobertura volumétrica mínima de 120 cm..”

Na linha quatorze, **onde esta escrito:** “Faixa de varredura livre de metais: pelo menos 150 cm..” **altera-se para:** “Faixa de varredura livre de metais: pelo menos 120 cm”;

Nas linhas dezessete e dezoito, **onde esta escrito:** “Disco rígido do sistema com capacidade para armazenar no mínimo 80.000 multiplanar em 3.500 dados brutos” **altera-se para:** “Disco rígido do sistema com capacidade para armazenar no mínimo 80.000 imagens e 3.500 dados brutos ou no mínimo 1TB de capacidade”;

Na linha dezenove, **onde esta escrito:** “Instrução automática de pacientes com 30 canais de mensagens programáveis” **altera-se para:** “Instrução automática de pacientes com no mínimo 15 canais de mensagens programáveis”;

Na linha vinte e quatro, **onde esta escrito:** “Sistema de subtração digital óssea durante a aquisição” **altera-se para:** “Sistema de subtração digital óssea durante e/ou pós a aquisição”;

Nas linhas vinte e nove e trinta, **onde esta escrito:** “Estabilizador de tensão de rede com potência compatível para todo equipamento” **altera-se para:** “Estabilizador de tensão de



rede com potência compatível para todo equipamento. Serão aceitos equipamentos que comprovarem estabilização interna de fábrica”.

Tendo em vista que a retificação realizada não implica em qualquer prejuízo aos licitantes, fica mantida a data e os horários da abertura da sessão pública do pregão presencial n.º 082/2018, processo n.º143/2018, onde deverão ser apresentados todos os documentos, indicados no edital inicial.

E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será a presente retificação do Edital afixada no mural de Compras no prédio da administração da Fundação, bem como no site [www.santacasadefranca.com.br](http://www.santacasadefranca.com.br), no link “Compras e Licitações - Licitações”, conforme determina a legislação.

Franca, 10 de maio de 2018.

**Gilson Cleber dos Santos**  
Pregoeiro