



**COTAÇÃO PRÉVIA N.º 004/2024**  
**ATA N.º 002/2024**

Às **dezessete horas do dia vinte de fevereiro de 2024** a EQUIPE TÉCNICA acompanhado da EQUIPE DE APOIO DE COMPRAS PÚBLICAS da Santa Casa de Franca reuniu-se com o objetivo de abrir e processar as propostas e documentações da COTAÇÃO PRÉVIA n.º 004/2024, destinado à aquisição de **Equipamentos Médico Hospitalares e Móveis Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente cotação são:

- Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. – CNPJ n.º 11.405.384/0001-49;
- D&I Comércio de Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ n.º 18.552.169/0001-10;
- Proença Comercial Ltda – CNPJ n.º 33.337.231/0001-44;
- Zafalon Soluções Hospitalares Ltda – CNPJ n.º 08.091.417/0001-19

Item	Quant.	Descrição Material
1.	05	Monitor Multiparâmetros para Triagem

**1. DA ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

**ITEM 1 – MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM**

Para este item foi apresentada proposta da seguinte empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda; D&I Comércio de Equipamentos Médicos Ltda; Proença Comercial Ltda e Zafalon Soluções Hospitalares Ltda.

Análise Alfa Med:

Documental: Proponente não apresentou ACT fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado declarando ter a empresa proponente prestado ou prestar serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado exigida em edital.

Técnica: Proponente apresentou equipamento marca Alfa Med modelo Vita i20, após análise técnica foi constatado que o item não atende na resolução da tela, no edital exige mínima de 8 polegadas e com resolução mínima de 1024x600 pixels. Resolução do Vita i20 é 800x600. No edital solicita faixa de frequência de pulso em PNI de 300 a 200 bpm com precisão de 5 bpm, aqui acredito que houve um erro de digitação e o valor correto seria 30 a 200 bpm. No Vita i20 a faixa é de 40 a 230 bpm. Atenderiam essa faixa se tivessem cotado o módulo Suntech de PNI, mas o mesmo está descrito como "opcional" na proposta. Foi cotado o módulo ALFAMED de SpO2, e o edital exige Fast, Nellcor ou Masimo.

Pelo manual, vemos que essas são as especificações do módulo Alfamed, pois só nele conseguem ter a leitura de frequência respiratória. Além disso, a faixa de FP descrita na proposta é de 25 a 300 bpm. Até foi cotado o sensor Nellcor nos acessórios, mas, por mais que esse sensor seja compatível com o módulo Alfamed, a tecnologia embarcada no monitor não é a exigida em edital, e também não tem comprovação de leitura em baixa perfusão e movimento. Proponente desclassificado

Análise D&I:

Documental: Proponente não enviou documentação exigidas em edital apresentando apenas Contrato Social, Certidão Simplificada, Procuração, documentos do Representante, dos sócios, RMS, CBPF, manual, Catálogo.

Técnica: Proponente apresentou equipamento da marca Comen modelo NC5, após análise técnica foi constatado que o mesmo não atende na resolução da tela exigida no edital mínima 8 polegadas e com resolução mínima de 1024x600 pixels. Resolução do NC5 é 800x600 pixels. Não permite exportação



em HL7, não há citação de HL7 no manual e nem na proposta. Em edital solicita faixa de frequência de pulso em PNI de 300 a 200 bpm com precisão de 5bpm aqui acredito que houve erro de digitação e o valor correto seria 30 a 200 bpm e no manual o intervalo de detecção da FP na PNI é de 40 a 240 bpm. Na faixa de temperatura exige entre 27° C a 43° e no NC5 a faixa de temperatura é de 34 a 42,2° C. Proponente Desclassificado.

#### Análise Proença Comercial:

Documental: Proponente apresentou ACT com itens que não condiz com o equipamento ofertado, não atende garantia de proposta de 120 dias exigida no edital, não apresentou Carta informando o nome dos Representantes e distribuidores do equipamento ofertado.

Técnica: Proponente apresentou equipamento marca Cmos Drake modelo David, após análise técnica foi constatado que apresentou a proposta com a quantidade de 3 monitores, inferior ao solicitado em edital, não informa na proposta a resolução da tela, apenas afirma ser de alta resolução, não informa a tecnologia de SP02, conforme solicitado em edital o mesmo exige tecnologia FAST, Nellcor ou Masimo. Apresentou proposta com suporte diferente do solicitado em edital onde solicita suporte pedestal com rodízios e cesto auxiliar para locomoção. Proponente desclassificado.

#### Análise Zafalon:

Documental: Proponente enviou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou equipamento marca Mindray modelo VS8 após análise técnica foi apresentado proposta com Sp02 Mindray e em edital exige FAST, Nellcor ou Masimo. Proponente desclassificado.

## **2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A FSCMF informa, que fará realizar, logo menos, nova cotação prévia de preço. Nada mais a constar, assinam a presente ata os integrantes da equipe de apoio e técnica.

Franca, 21 de fevereiro de 2024.

**TAILA CRISTINA FALCUCI**

Membro da Equipe de Apoio

**SILLAS PEREIRA DE SOUSA**

Membro da Equipe Técnica