



GRUPO SANTA CASA

de Franca

Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

COTAÇÃO PRÉVIA N.º 008/2023
ATA N.º 001/2023

Às **oito horas do dia vinte e seis de abril de 2023** a EQUIPE TÉCNICA acompanhado da EQUIPE DE APOIO DE COMPRAS PÚBLICAS da Santa Casa de Franca reuniu-se com o objetivo de abrir e processar as propostas e documentações da COTAÇÃO PRÉVIA n.º 008/2023, destinado à aquisição de **Equipamentos Médico Hospitalares e Móveis Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente cotação são:

- Confiance Medical Produtos Médicos S.A. – CNPJ n.º 05.209.279/0001-31;
- E Tamussino e Cia Ltda – CNPJ n.º 33.100.082/0002-86;
- Stryker do Brasil Ltda – CNPJ n.º 02.966.317/0002-93

Item	Quant.	Descrição Material
1.	01	Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida

1. DA ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA:

Para este item foi apresentado proposta da seguinte empresa: Confiance Medical Produtos Médicos S.A.; E Tamussino e Cia Ltda e Stryker do Brasil Ltda.

Análise Confiance:

Documental: Proponente enviou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou equipamentos marca Confiance, após análise técnica foi constatado que o item Microcâmera digital (cabecote) não atende a exigência em ser autoclavável, este item é apenas passível de esterilização por gás, plasma ou imersão, não sendo citado a possibilidade de esterilização por autoclave. Os instrumentais cirúrgicos como óticas, cabos de fibra óticas, pinça de apreensão, tesoura e eletrodo de coagulação Hook, não são de fabricação da mesma fabricante do sistema de vídeo laparoscopia rígida. Fornecedor desclassificado.

Análise E Tamussino:

Documental: Proponente enviou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou equipamento da marca Richard Wolf, após análise técnica foi constatado que o mesmo a todos requisitos técnicos do edital com valor dentro da dotação orçamentária. Fornecedor classificado.

Análise Stryker:

Documental: Proponente enviou todas as documentações exigidas em edital

Técnica: Proponente apresentou equipamentos marca Stryker, após análise técnica foi constatado que o item Microcâmera digital (cabecote) não atende a exigência em ser autoclavável, foi ofertado o modelo 1688210105, no entanto a fabricante possui o modelo 1688410105 que é esterilizável por autoclave. Ainda, o valor ofertado é superior ao dos concorrentes. Fornecedor desclassificado.

2. DO PREÇO – MENOR PREÇO

ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA:



GRUPO SANTA CASA

de Franca

Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!

FORNECEDOR	E TAMUSSINO
PROPOSTA	R\$441.704,70
VALOR UNITÁRIO	R\$441.704,70
VALOR TOTAL	R\$441.704,70

- Segue abaixo o menor preço registrado por item:

Item	Empresa	Valor Total
1.	E TAMUSSINO	R\$441.704,70

3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais a constar, assinam a presente ata os integrantes da equipe de apoio e técnica.

Franca, 26 de abril de 2023.

BRUNA DE MELO ULHÔA

Membro da Equipe de Apoio

LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE REZENDE

Membro da Equipe Técnica