



GRUPO SANTA CASA

de Franca

Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!

COTAÇÃO PRÉVIA N.º 004/2022

ATA N.º 001/2022

Às nove horas do dia três de agosto de 2022 a EQUIPE TÉCNICA acompanhado da EQUIPE DE APOIO DE COMPRAS PÚBLICAS da Santa Casa de Franca reuniu-se com o objetivo de abrir e processar as propostas e documentações da COTAÇÃO PRÉVIA n.º 004/2022, destinado à aquisição de **Equipamentos Médico Hospitalares e Móveis Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente cotação são:

- 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda – CNPJ n.º: 05.993.698/0001-07;
- Biotech Medical Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ n.º 39.498.755/0001-01;
- Guerbet Imagem do Brasil Ltda – CNPJ n.º 30.153.811/0004-36;
- Imex Medical Comércio e Locação Ltda – CNPJ n.º 12.255.403/0001-60.

ITENS:

Item	Quant.	Descrição Material
1.	01	Bomba Injetora de Contraste

1. DA ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – BOMBA INJETORA DE CONTRASTE:

Para este item foi apresentado proposta da seguinte empresa: 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda; Biotech Medical Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda; Guerbet Imagem do Brasil Ltda e Imex Medical Comércio e Locação Ltda.

Análise 1000Medic:

Documental: Proponente apresentou proposta do equipamento marca Sino MDT, modelo Sino Angio com valor superior ao teto da dotação orçamentária disponível, conforme informado em edital. Fornecedor inabilitado.

Análise Biotech:

Documental: Proponente não apresentou manual do usuário registrado na ANVISA; não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis; não apresentou nenhum ACT.

Técnica: Proponente apresentou proposta do equipamento marca SINO MDT, modelo Sino Power S, devido a ausência de manual do usuário ou catalogo técnico, não foi possível verificar as especificações técnicas exigidas para o equipamento, conforme se exige em edital. Proponente desclassificado.

Análise Guerbet:

Documental: Proponente apresentou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou proposta do equipamento marca Liebel, modelo Angiomat Illumena, este atende integralmente ao descritivo exigido. Proponente classificado.

Análise Imex:

Documental: Proponente apresentou relação de clientes que utilizam o equipamento com apenas 01 (um) fornecedor, sendo que o edital pede no mínimo 5 (cinco); Apresentou ACT com item que não condiz com o equipamento ofertado, qual seja o modelo Zenith-h15; não apresentou declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público; na Certidão SICAF do proponente constam 3 ocorrências.



GRUPO SANTA CASA
de Franca

Um novo tempo.

50+
CMB



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!

Técnica: Proponente apresentou proposta do equipamento marca Imex, modelo Zenith-h15, este não atende integralmente ao descritivo técnico exigido, pois, não possui sistema de detecção extravenosa, além de não possui rotação da tela em no mínimo 140°; não atende a faixa de pressão exigida. Proponente desclassificado.

2. DO PREÇO – MENOR PREÇO

ITEM 1 – BOMBA INJETORA DE CONTRASTE:

01 unidade

FORNECEDOR	GUERBET
PROPOSTA	R\$94.440,00
VALOR UNITÁRIO	R\$94.440,00
VALOR TOTAL	R\$94.440,00

3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais a constar, assinam a presente ata os integrantes da equipe de apoio e técnica.

Franca, 03 de agosto de 2022.

BRUNA DE MELO ULHÔA
Membro da Equipe de Apoio

LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE REZENDE
Membro da Equipe Técnica