



À

E TAMUSSINO E CIA LTDA.

Cotação Prévia nº 001/2024 - Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar.

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, por intermédio de sua Equipe de Apoio, vem por meio desta apresentar sua RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital do processo de cotação prévia supracitado, apresentada pela empresa E TAMUSSINO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 33.100.082/0001-03 em 07/02/2024, às 15h46min, via endereço eletrônico (e-mail), sugerindo, em síntese:

ITEM 01 - Sistema de Vídeo Laparoscopia Rígida

Questionamento: Viemos através desse solicitar esclarecimento sobre a especificação técnica. Para o objeto Cabeça de Câmera digital 4K, ao longo da descrição é solicitado: "deverá possibilitar a esterilização por vapor úmido Autoclave e/ou Formaldeído e/ou Peroxido de Hidrogênio". Gostaríamos de esclarecer qual forma de esterilização será considerada para a cabeça de câmera? Tal questionamento é pertinente pois trabalhamos com materiais compatíveis com esterilização em Peroxido de Hidrogênio. Nem todas as peças são passíveis de esterilização por autoclave. Para que não haja desavença no entendimento nosso, tampouco na elaboração da proposta gostaríamos de esclarecer essa solicitação.

RESPOSTA DA SANTA CASA: Será aceito cabeça de câmera que possa ser esterilizada em autoclave, por ser o método mais utilizado na Fundação, além de ser menos agressivo ao material. Entendemos que se o material pode ser esterilizado em autoclave, o mesmo também pode ser esterilizado pelos demais processos.

Pelo exposto, esclarecidas as questões suscitadas, restou demonstrado que o edital se encontra livre de qualquer vício ou ilicitude, sendo, pois, retificado apenas no que foi apontado acima.

Publique-se

Franca, 08 de fevereiro de 2024

Taila Cristina Falcuci

Membro da Equipe de Compras Públicas

Taila Cristina Falcuci

Sillas P.S.

Sillas Pereira de Sousa

Membro da Equipe de Compras Públicas