

À
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
COTAÇÃO PRÉVIA N.º 007.2023
CONVÊNIO FEDERAL N.º 937610/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR

Prezados Senhores,

ELEKTA SOLUTIONS AB, sociedade estrangeira, devidamente constituída e registrada sob as leis da Suécia, registro nº de 559157-5826, com sede em SE-103 93, PO Box 7593, Estocolmo, Suécia, vem respeitosamente, apresentar pedido de esclarecimento:

1) Edital e sua respectiva minuta de contrato dispõe que o equipamento deverá ser entregue em até 120 (cento e vinte) dias a contados a partir da emissão do Contrato e respectiva ordem de compra. No entanto, por se tratar de equipamento importado regulado pela CNEN somente V.Sas têm autorização para obter a licença de importação deferida pela CNEN, emissão de SCRA e Certificados Federais a fim de viabilizar a importação. Adicionalmente, cumpre-nos informar que o prazo de 120 (cento e vinte) dias é considerado para entrega apenas, pois para instalação há atividades que dependem da contratante e das condições do local de instalação, além do tempo necessário para instalação.

Dessa forma, solicitamos confirmar o entendimento de que **o prazo de entrega seja condicionado e contado a partir do recebimento pela fornecedora vencedora da respectiva licença de importação deferida pela CNEN, licença de funcionamento (SCRA) aprovado pelo CNEN e Certificados requeridos.**

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

2) O item 3.3.2 do Edital requer que a proposta seja apresentada em Reais, bem como item 10.1.2 requer que a Proforma Invoice seja emitida com o valor fixado em Reais. Cumpre-nos esclarecer que o equipamento é importado diretamente seguindo o Incoterm DAP conforme requerido para V.Sas., somente dessa forma, a Fundação pode fazer jus a eventuais benefícios e isenções fiscais no processo de importação.

Adicionalmente, a emissão de uma proforma invoice com o valor em Reais em uma operação de importação direta é incompatível, porque essa não é uma moeda válida para as transações internacionais do exportador. No mesmo sentido, não é viável a emissão de uma nota fiscal pela Elekta na operação de importação direta realizada pela Fundação. A Elekta somente poderia emitir nota fiscal caso a Elekta seja a importadora, porém, nesse caso a Elekta não é elegível ao uso de nenhuma das isenções ou benefícios fiscais em nome da Fundação.

Dessa forma, **solicitamos confirmar o entendimento de que a proposta poderá ser apresentada em moeda estrangeira ou em Reais com a conversão em moeda estrangeira (na data da assinatura do Contrato ou no fechamento do contrato de câmbio) e que o fornecedor vencedor poderá apresentar somente a Proforma invoice no valor correspondente em moeda estrangeira, evitando onerar desnecessariamente a Fundação.**

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

3) O Edital determina o INCOTERM DAP, sendo a Elekta ou a Fundação a importadora e o responsável pelo desembarço aduaneiro do equipamento, faz-se necessária a outorga de procuração e acesso ao Radar/Siscomex à Contratada e/ou seu despachante, bem como a emissão de SCRA e Certificados Federais a fim de viabilizar a importação. Essa é uma condição essencial para que a Contratada assuma os custos citados no Edital e viabilize a entrega do equipamento no prazo e em conformidade com o Incoterm DAP. Do contrário, a modalidade de embarque somente poderá ser CIP em que a responsabilidade da Contratada termina na entrega do equipamento no porto de destino.

Adicionalmente, cumpre-nos esclarecer que os impostos incidentes na importação, como: II, IPI, PIS, COFINS, ICMS e Taxa SLI CNEN, são de responsabilidade da Fundação. Tais impostos serão pagos ou exonegados, mediante a apresentação pela Fundação dos documentos comprobatórios de isenção/imunidade fiscal aos órgão anuentes (Radar, CND, Cebas, CNEN, Visa, Anvisa). Qualquer despesa decorrente de implicações ou atrasos na apresentação de qualquer desses documentos correrá a cargo da Fundação.

Por fim, sendo uma importação direta da Fundação não haverá emissão de Nota Fiscal. A Nota Fiscal que acompanhará o transporte nacional será a de importação emitida pela própria Fundação.

A Fundação está de acordo em atender as condições acima?

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

4) Item 9.3 do Edital. Considerando que os equipamentos principais são importados e parte dos itens acessórios requeridos são adquiridos no mercado nacional, **solicitamos confirmar o entendimento de que a licitante vencedora poderá realizar entregas parciais, especialmente, para as fontes de Ir-192 cuja entrega somente poderá ocorrer após a instalação e aceite do equipamento. Isto porque o material radioativo da fonte sofre decaimento no decurso do tempo, de maneira que a entrega destes itens, em conjunto com o equipamento, inviabilizaria a utilização da capacidade total das fontes.**

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

5) Considerando que o edital não aborda expressamente a participação de sociedade estrangeira, por gentileza, confirmar que o pagamento será realizado na conta corrente do fornecedor estrangeiro em banco e moeda estrangeira, mediante contrato de câmbio, no prazo previsto em edital.

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

6) O edital determina que o equipamento entregue em desacordo com os termos do edital ou que apresentem defeitos incorrigíveis deverá ser substituído no prazo a ser combinado e aceito pelas partes.

Todavia, por se tratar de equipamento importado e de alta complexidade, torna-se inviável a substituição. Para a substituição do equipamento em si seria necessário um novo trâmite de importação com todas as implicações documentais, tais como deferimento de licença de importação

por parte do CNEN, entre outros. A Contratada deverá repará-lo como parte de sua obrigação, mas a substituição por completo é improvável. Reforçamos que para equipamentos dessa natureza, o que comumente se aplica para garantir o funcionamento é a determinação de um Uptime, período em funcionamento mínimo.

Assim, a substituição se torna excessiva considerando o porte e a complexibilidade do objeto licitado. **Portanto, o que se requer é que (i) sejam removidos os respectivos termos de substituição constantes do Edital; e (ii) seja confirmado o entendimento de que somente a parte necessária será reparada e na última hipótese será substituída respeitando o prazo necessário para importação, (iii) seja incluído no edital que a comprovação de incorrigibilidade do vício/defeito seja realizada pelo próprio fabricante ou representante técnico por ele indicado.**

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

7) O item 12.8 do Edital requer que o time de instalação Elekta preste orientação ao time técnico da Fundação no ato da instalação. Esclarecemos que no ato da instalação somente é possível que o time técnico da Fundação acompanhe a instalação.

8) Quanto ao descritivo técnico:

a) Especificações técnicas mínimas.

Com relação às fontes de Irídio-192, informamos que o seu fornecimento somente poderá ser iniciado a partir da obtenção da autorização de funcionamento junto à CNEN pela Santa Casa de Misericórdia de Franca, que também deverá providenciar toda a documentação pertinente ao processo de importação e de exportação das fontes exauridas e seus containers de volta à fábrica. Desta forma, a primeira fonte deverá ser entregue em até 120 (cento e vinte) dias após a obtenção da autorização de funcionamento e da Licença de Importação junto à CNEN (LI), e as demais fontes serão entregues no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o envio de solicitação da fonte, por escrito, pela Santa Casa e da aprovação da LI.

A instituição está de acordo?

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

b) Quanto ao sistema de Pós-carregamento, cabe esclarecer que o modelo a ser ofertado

pela Elekta não possui interface de comunicação externa que permita a empresa realizar monitoramento ou intervenção de forma remota. No entanto, toda e qualquer falha que o sistema venha apresentar poderá ser verificado localmente pelo Engenheiro da Elekta. Além disso, as falhas apresentadas pelo Sistema de Pós-Carregamento são gravadas automaticamente pelo software de controle do equipamento e podem ser acessadas a qualquer momento por usuários com direitos especiais ou Engenheiros da Elekta.

A instituição está de acordo em remover das Especificações Técnicas Mínimas a exigência de Interface de comunicação que permita diagnóstico remoto, a fim de ampliar a competitividade do certame?

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/Justificativa:

- c) Nas Especificações técnicas, exige-se ainda o fornecimento de mesa para tratamento ginecológico, porém não há indicação das especificações desta mesa. Como existem diversas alternativas no mercado e, a maioria delas, **não** costuma atender a necessidade da braquiterapia, solicitamos que a Santa Casa informe um detalhamento maior sobre as especificações deste item para que possa ser corretamente incluído na proposta. .

Comentários/Justificativa:

- 9) Por oportuno, destacamos as seguintes premissas para apresentação da proposta:

- a) Apesar de não constar requerimento de visita técnica no Edital, recomendamos ao Contratante a possibilidade de visita técnica para que a licitante vencedora possa confirmar a análise de viabilidade e outras condições necessárias do local de instalação;
- b) A CONTRATANTE deverá disponibilizar: (i) A densidade da blindagem existente dos bunkers, e caso não exista, favor realizar ensaios para a obtenção da informação; (ii) As plantas baixas com cortes laterais "as built" fidedignas e confiáveis com as dimensões executadas em campo, para viabilizar a elaboração e emissão do Site Planning;
- c) Se necessária a contratação de serviços de construção e/ou adequação do local de instalação, assim como, o processo de licenciamento junto ao CNEN e legais perante a

ANVISA e Prefeitura, e os respectivos custos serão de responsabilidade da CONTRATANTE;

- d) Caso o local de instalação não apresente condições mínimas de instalação conforme instruído pelo fabricante no ato da entrega por fatos alheios a CONTRATADA, os custos de armazenagem do equipamento no caso serão de responsabilidade da CONTRATANTE, observadas as condições de armazenagem instruídas pelo fabricante. Caso a Santa Casa de Misericórdia de Franca não disponha das certidões necessárias e válidas para comprovação da imunidade/isenção tributária, a Santa Casa arcará com os custos adicionais referente ao pagamento dos tributos e do tempo adicional de armazenagem no depósito alfandegário.

Pedimos, por gentileza, confirmar se a Fundação está de acordo com as premissas supracitadas?

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/justificativa:

- 10) O edital determina que a entrega e instalação deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h00min. Informamos que dada a complexidade e volumes do equipamento, o prazo de instalação limitado a janela informada poderá impactar e prolongar os prazos de instalação já que usualmente são requeridas entre 8h e 10h por dia de trabalho.

Nesse sentido, pedimos por gentileza, informar se a Fundação está de acordo em flexibilizar e possibilitar uma janela de horários maior a fim de possibilitar e otimizar o processo de instalação do equipamento?

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/justificativa:

- 11) A Cláusula 7.1 do Contrato determina que o valor pago à CONTRATADA, por meio do contrato será em R\$XXX fixo e irrevogável, porém, por se tratar de importação direta, o pagamento somente poderá ser feito em Dólar, ainda que o valor da contratação seja fixado em Reais. Assim, solicitamos que a disposição seja alterada para refletir a condição de que o valor será pago ao fornecedor estrangeiro em Dólar Americano, considerando a conversão obtida na data de deliberação da ata,

conforme item 3.3.2.1 do Edital.

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/justificativa:

- 12) A Cláusula 8.4.3 do Contrato determina que os treinamentos sejam realizados em até 5 dias a partir da instalação. Todavia, para a braquiterapia os treinamentos normalmente começam próximo à data de entrega da primeira fonte, a fim de otimizar seu tempo de meia-vida e as práticas clínicas. Dessa forma, solicitamos alterar o texto para "*realização do treinamento técnico no máximo até 5 dias após a instalação da fonte de braquiterapia*", a fim de tornar factível a condição e a oferta da proposta.

Resposta: _____ Sim _____ Não

Comentários/justificativa:

Agradecemos antecipadamente e aproveitamos para reiterar nosso respeito e consideração.

Termos em que,
pede deferimento.

São Paulo, 30 de março de 2023



Ulysses Gebara Fecuri
Gerente de Vendas