



À

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cotação Prévia nº 003/2024 - Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar.

A **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, por intermédio de sua Equipe de Apoio, vem por meio desta apresentar sua **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** ao Edital do processo de cotação prévia supracitado, apresentada pela empresa **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.091.417/0001-19, em 06/02/2024, às 16h11min, via endereço eletrônico (e-mail), sugerindo, em síntese:

– **DO ITEM 01 – APARELHO DE ANESTESIA** A especificação técnica do item 1 Aparelho de Anestesia solicita a seguinte condição: Página 12 do Anexo II da especificação técnica do item É sabido que a descrição da atuação da máquina em caso de patologias, insuficiência pulmonar e pneumotórax não deve ser enquadrada como uma característica do equipamento, uma vez que tal indicação deve ser realizada pela equipe clínica ao utilizar a máquina. A contraindicação para o pneumotórax se faz necessária uma vez que em pacientes nesta condição, o uso da terapia com pressão positiva pode piorar o estado do paciente evoluindo para instabilidade hemodinâmica além de agravar o estado do paciente, como consta na literatura: Trecho da página 7 do artigo: “Conceitos Fundamentais do Aparelho de Anestesia”, N.M.Fonseca, 2006. Referência: FONSECA, NM; Conceitos fundamentais do aparelho de anestesia. In: Medicina Perioperatória: Cavalcanti IL, Cantinho FAF, Assad A. Rio de Janeiro: SAERJ, 2006.237–251.

QUESTIONAMENTO: diante ao exposto, visto que tal indicação somente deve ser feita após equipe especializada avaliar se é possível ou não o uso da máquina para determinada situação, questionamos se serão aceitos equipamentos que fazem tal função apenas após a indicação por equipe especializada?

RESPOSTA SANTA CASA DE FRANCA: O Grupo Santa Casa de Franca é uma Instituição de grande porte que atende pacientes de forma geral e executa cirurgias de alta complexidade, entendemos portanto, que o tipo de atendimento solicitado na descrição é fundamental para aquisição do aparelho de anestesia visto que hoje existe uma gama de aparelhos e vários modelos com restrição na ANVISA para estes tipos de procedimentos, o que tornaria inviável a realização de alguns tipos de cirurgia ou que geraria para a Santa Casa a responsabilidade por seu uso em caso de agravamentos decorrentes do funcionamento inadequado do equipamento, portanto, serão considerados aptos por questão de segurança, apenas equipamentos que não contenham ressalvas quanto a estes atendimentos.

Publique-se

Franca, 07 de fevereiro de 2024.

Taila Cristina Falcuci
Membro da Equipe de Compras Públicas

Taila Cristina Falcuci



Sillas P.
Sillas Pereira de Sousa
Membro da Equipe de Compras Públicas