



À DRÄGER DO BRASIL LTDA

Cotação Prévia nº 007/2024 - Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar.

A **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, por intermédio de sua Equipe de Apoio, vem por meio desta apresentar sua **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** ao Edital do processo de cotação prévia supracitado, apresentada pela empresa DRÄGER DO BRASIL LTDA, em 04/03/2024, às 14:17min, via endereço eletrônico (e-mail), sugerindo, em síntese:

Sobre os questionamentos da empresa, ressaltamos que as especificações técnicas do Edital não visam restringir a participação de alguns fabricantes ou em outros que faltam informações de grande relevância e sim determinar as características necessárias exigidas, objetivas pela complexidade e segurança fundamentais nestes equipamentos.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

DO TERMO DE REFERÊNCIA:

1- O edital solicita: "com ajuste de posicionamento no mínimo lateral para melhor ergonomia do usuário"

Do pedido: Informar se podemos participar com aparelho de anestesia que possui tela antirreflexiva não sendo aplicável a rotação.

RESPOSTA SANTA CASA DE FRANCA: Tratando-se de ergonomia, é sim necessário a opção de movimentação da tela, no mínimo lateralmente. A Instituição entende que em casos que houver necessidade de alterar o plano de visualização durante a cirurgia, é arriscado movimentar o equipamento que estará acoplado ao paciente, portanto, não serão aceitos equipamentos sem este recurso.

2-O edital solicita: "Deve possuir no mínimo 3 gavetas"

Do pedido: No intuito de participarmos da concorrência, gostaríamos de saber a respeito do quantitativo de gavetas citado no termo de referência. Temos notado uma tendência mundial dos fabricantes na redução do número de gavetas dos aparelhos de anestesia por conta da ergonomia do corpo clínico. Com a redução do número de gavetas, os materiais que antes precisavam ser procurados dentro de gavetas, agora ficam em fácil acesso para uso durante o procedimento cirúrgico. Os fabricantes têm desenvolvido bancadas de trabalho maiores, no conceito "tudo a vista", que traz um tempo de resposta melhor da equipe clínica ao precisar acessar insumos e outros itens que antes ficavam "escondidos". Foi pensando nessa, e em outras melhorias que desenvolvemos o Atlan. Esse equipamento lançado no Brasil há 3 anos, já é homologado em grandes redes e centros de referência por todo o país. Atualmente, a versão que temos disponível possui 1 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que podem ser observados no catálogo em anexo. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300

RESPOSTA SANTA CASA DE FRANCA: Entendemos que o mercado tem equipamentos para suprir o solicitado em descritivo, cuja importância afeta diretamente no ponto de vista de segurança organizacional, facilidade de acesso a materiais e entre outros



tópicos, então conclui que é importante que o equipamento possua no mínimo 3 (três) gavetas, portanto, não serão aceitos equipamentos com quantidades inferiores de gavetas, qualquer ilegalidade ou identificação que prejudiquem licitantes, garantindo assim a participação de qualquer fornecedor habilitado, preservando o princípio da livre concorrência.

Pelo exposto, esclarecidas as questões suscitadas, restou demonstrado que o edital se encontra livre de qualquer vício ou ilicitude, sendo, pois, retificado apenas no que foi apontado acima.

Publique-se
Franca, 05 de março de 2024

Taila Cristina Falcuci
Membro da Equipe de Compras Públicas

Sillas Pereira de Sousa
Membro da Equipe de Compras Públicas