



RETIFICAÇÃO N.º 01 DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º097/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º036/2015

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que, no **PREGÃO PRESENCIAL n.º036/2015**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição de:

Item 01. Mesa Cirúrgica Elétrica – 02 unidades

Item 02. Detector Fetal Sonar – 02 unidades

Item 03. Bisturi Elétrico – 02 unidades

Item 04. Monitor Multiparâmetros – 02 unidades

Item 05. Oxímetro de Pulso – 01 unidade, de acordo com as condições do Edital e seus Anexos, publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município de Franca, no dia 14/10/2015, **deverá ser observada a alteração no texto do Edital conforme disposição abaixo:**

Alteração parcial da redação do Anexo II:

“Especificação técnica do item”

Item 3 – Bisturi Elétrico – 02 unidades; na oitava e nova linha onde se lê: “Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal.”, leia-se “Possibilidade de comando da potência na caneta e/ou no pedal.”, dessa forma leia-se como segue e não como constou para todos os efeitos legais:

Item 3 – Bisturi Elétrico – 02 unidades

Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d'água; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; Possibilidade de comando da potência na caneta e/ou no pedal.

Memorização de programações realizadas; indicação sonora da função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Tendo em vista que a retificação realizada não implica em qualquer prejuízo aos licitantes, fica mantida a data e os horários da abertura da sessão pública do pregão presencial n.º 036/2015, processo n.º097/2015, onde deverão ser apresentados todos os documentos, indicados no edital inicial.



**SANTA CASA
DE FRANCA**

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA • HOSPITAL DO CORAÇÃO • HOSPITAL DO CÂNCER

E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será a presente retificação do Edital afixada no mural de Compras no prédio da administração da Fundação, bem como no site www.santacasadefranca.com.br, no link “**Compras e Licitações - Licitações**”, conforme determina a legislação.

Franca, 28 de Outubro de 2015.


Gilson Cleber dos Santos
Pregoeiro