



2º RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º170/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º109/2018

A **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que, no **PREGÃO PRESENCIAL n.º109/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição de:

ITEM 01 – 01 unidade de ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL, de acordo com as condições do Edital e seus Anexos, publicados no Diário Oficial e no Diário do Município de Franca, no dia 14/12/2018, **deverá ser observada as alterações no texto do Edital conforme disposições abaixo:**

Alteração parcial da especificação técnica, “Alteração de texto”, **ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:** - Na página vinte e um do edital, onde está escrito: “Ureteroscópio. Ângulo de campo de visão entre o intervalo de 75° +/- 3° a 90° +/-3°. Direção de visão de 0°. Canal de trabalho ou instrumentos de no mínimo 3,6FR. Diâmetro externo da extremidade distal de no máximo 8,8FR. Comprimento de trabalho de no mínimo 650mm. Movimento da ponta em duas angulações, parte flexível para cima de no mínimo 250° e para baixo de no mínimo 250°. Possuir proteção em baquelite na parte distal. Totalmente imersível para desinfecção completa. Acompanha 1 (um) sistema de compensação de pressão, 1 (um) conjunto completo para testes de vazamentos, 1 (uma) maleta para acondicionamento e 1 (uma) caixa para esterilização da mesma marca do equipamento. Possuir garantia mínima de 12 meses, frete, instalação e treinamento operacional (application) em no mínimo 3 turnos inclusos, treinamento técnico para avaliação de defeitos dos equipamentos. Manual de operação e instalação (quando houver) em Português inclusos. Produto com registro ativo na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação” **leia-se como:** “Ureteroscópio. Ângulo de campo de visão entre o intervalo de 75° +/- 3° a 90° +/-3°. Direção de visão de 0°. Canal de trabalho ou instrumentos de no mínimo 3,6FR. Diâmetro externo da extremidade distal de no máximo 8,0FR e na proximal (haste) de no máximo 10FR. Comprimento de trabalho de no mínimo 650mm. Movimento da ponta em duas angulações, parte flexível para cima de no mínimo 250° e para baixo de no mínimo 250°. Possuir proteção em baquelite, ou similar, na parte distal. Totalmente imersível para desinfecção completa. Acompanha 1 (um) sistema de compensação de pressão, 1 (um) conjunto completo para testes de vazamentos, 1 (uma) maleta para acondicionamento e 1 (uma) caixa (tipo container) para esterilização da mesma marca do equipamento. Possuir garantia mínima de 12 meses, frete, instalação e treinamento operacional (application) em no mínimo 3 turnos inclusos, treinamento técnico para avaliação de defeitos dos equipamentos. Manual de operação e instalação (quando houver) em Português incluso. Produto com registro ativo na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação.”

Tendo em vista que a retificação realizada não implica em qualquer prejuízo aos licitantes, fica mantida a data e os horários da abertura da sessão pública do pregão presencial n.º 109/2018, processo n.º170/2018, onde deverão ser apresentados todos os documentos, indicados no edital inicial.

E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será a presente retificação do Edital afixada no mural de Compras no prédio da administração da Fundação, bem como no site www.santacasadefranca.com.br, no link **“Compras e Licitações - Licitações”**, conforme determina a legislação.

Franca, 21 de dezembro de 2018.

Gilson Cleber dos Santos
Pregoeiro