

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2017**  
**ATA Nº 001/2017**

Às oito e meia horas do dia dezesseis de agosto de 2017, na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 17/2017, de 14 de junho de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 126/2017**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A – CNPJ n.05.209.279/0001-31**, devidamente representada pelo **Fabio Montaldi**, portador da cédula de identidade RG n.º 25.495.925-5 SSP/SP.
- **H. STRATTNER & CIA LTDA– CNPJ n.33.250.713/0002-43**, devidamente representada pelo **Marcelo Trindade Correia Pinto**, portador da cédula de identidade RG n.º 195643202 SSP/SP.

**ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

**ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL.**

- Para este item foi apresentada proposta pelas empresas Confiance e H. Strattner.

**Questionamentos da Confiance para H. Strattner:** Não identificou o cabeçote com sensor CMOS HD. Fonte de luz de 6000k. Sistema de armazenamento de todas as operações realizadas no aparelho (Log de Erros).

**Resposta da H. Strattner:** Sobre o cabeçote com sensor CMOS HD, entendemos que trata-se de uma nomenclatura, pois, no catálogo é descrito a informação de Hardware, sendo então, que a empresa atende ao solicitado em edital. Referente a fonte de luz de 6000k consta na página 12-11 do catálogo. Referente ao Log de Erros consta nas páginas 32 e 33.

**Questionamentos da H. Strattner para a Confiance:** Não identificaram a saída de vídeo digital 3GSDI. Cabeçote imersível. Monitor não é de 26 polegadas. Sistema de armazenamento de todas as operações realizadas no aparelho (Log de Erros), com data e hora, exportável.

**Resposta da Confiance:** Em parecer do fornecedor o monitor é de 24 polegadas, por este item o fornecedor esta desclassificado. Sobre o cabeçote ser imersível, o fornecedor constatou que está no manual, página 42. Quanto a saída de vídeo 3GSDI, o fornecedor alega que o manual esta desatualizado na ANVISA, portanto, no manual atual não consta esta informação.

**ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:**

**ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL**

QUANTIDADE – 01 UNIDADE

EMPRESAS	CONFIANCE	H. STRATTNER
PROPOSTA VALOR TOTAL	DESCCLASSIFICADA	R\$274.000,00
VALOR UNITÁRIO	DESCCLASSIFICADA	R\$250.000,00
TOTAL	-	R\$250.000,00



**PROCESSO LICITATÓRIO**  
**Nº 126/2017**

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	H. STRATTNER		
1.	R\$250.000,00		

**ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:**

Não houve esta etapa, pois o participante vencedor foi habilitado.


**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Fica registrado que a empresa participante do pregão se fez presente e que não manifestou interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.

Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 16 de agosto de 2017.

GILSON CLEBER DOS SANTOS  
PREGOEIRO


  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

BRUNA DE MELO ULHOA  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

LILIAN CAMPOS GALVÃO FACIROLLI  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

  
\_\_\_\_\_

RENATO SEICHI OKAMOTO  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

  
\_\_\_\_\_

FABIO MONTALDI  
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS  
MÉDICOS S.A

  
\_\_\_\_\_

MARCELO TRINDADE CORREIA PINTO  
H. STRATTNER & CIA LTDA

  
\_\_\_\_\_

**PROCESSO LICITATÓRIO**

**Nº 126717**