

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2018**  
**ATA Nº 001/2018**

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de maio de 2018 na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 17/2017, de 14 de junho de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 138/2018**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **SANDERS DO BRASIL LTDA – CNPJ n.05.756.359/0001-07**, devidamente representada pelo **Andreia Regina Salustino**, portador da cédula de identidade RG n.º 12.827.309 SSP/SP.
- **MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA – CNPJ n.59.650.556/0001-76**, devidamente representada pelo **Jailson Genivaldo da Silva**, portador da cédula de identidade RG n.48.146.837-7 SSP/SP
- **OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ n. 55.983.274/0001-30**, devidamente representada pelo **Ricardo Barbosa Souza**, portador da cédula de identidade RG n.30.220.090-3 SSP/SP.
- **MICRODENT APARELHOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP – CNPJ n.58.061.557/0001-12**, devidamente representada pelo **Raphael Matheus Marques de Oliveira**, portador da cédula de identidade RG n.42.634.821-7 SSP/SP
- **TECNOAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP – CNPJ n. 08.151.633/0001-02**, devidamente representada pelo **Danilo Honório Manenti**, portador da cédula de identidade RG n.33.629.100-0 SSP/SP.
- **FANEM LTDA – CNPJ n.61.100.244/0001-30**, devidamente representada pelo **Sergio Ricardo Pimentel**, portador da cédula de identidade RG n.13.141.400-8 SSP/SP

**ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

**ITEM 1 – BERÇO AQUECIDO.**

- Para este item foi apresentada propostas pelas empresas Olidef e Fanem.

**Questionamentos empresa OLIDEF para FANEM:**

1- Foi questionado sobre o item 4.2 alínea B do Edital, em que solicita a carta informando o nome dos representantes e distribuidores dos equipamentos ofertados, instalados no Brasil, que prestam assistência técnica e manutenção, fornecendo o contato dos mesmos, sendo que a FANEM apresentou apenas os representantes e distribuidores do estado de São Paulo. O fornecedor manifestou interesse em recorrer.

**Resposta Fundação:**

1- Na cláusula a FSCMF não faz menção a todos os representantes, portanto a apresentação de somente um, é sim válida.

**Questionamentos empresa FANEM para OLIDEF:**

- 1- O edital solicita o Display de cristal líquido (LCD), e no manual consta alfanumérico.
- 2- Foi questionado como é a função pré-aquecimento do fornecedor.
- 3- Leito que permite posicionamento nas posições horizontal, trendelemburg e reverso trendelemburg.

**Resposta empresa OLIDEF:**

1- Comprovação de display LCD no manual, página 27.

- 2- Comprovação sobre o pré-aquecimento se encontra na página 54 do manual do fabricante e 13 do manual da ANVISA.
- 3- Comprovação sobre o leito está na página 31 do manual da ANVISA, e páginas 6 e 9 no manual do fabricante.

**ITEM 2 – SERRA/PERFURADORA ÓSSEA (DRILL).**

- Para este item foi apresentada proposta das empresas MACOM, MICRODENT e TECNOAR.

**Questionamentos empresa MACOM para MICRODENT:**

- 1- Foi questionado sobre o equipamento ser Serra/Perfuradora Óssea.
- 2- Foi solicitado 3 mandris e 3 chaves no edital, porém no manual consta apenas 2 chaves.
- 3- Foi questionado sobre a comprovação da Turbina motora ser de até 30.000 rpm.
- 4- Foi questionado os termos de garantia do equipamento.
- 5- Não encontrou o modelo que está sendo oferecido no catálogo.

**Resposta empresa MICRODENT:**

- 1- A Fundação explicou que apesar do título no edital estar Serra/Perfurador Ósseo conforme indicado no SIGEM, o descritivo solicitado foi de Perfurador.
- 2- No edital foi solicitado 3 mandris e 3 chaves, porém na proposta consta 3 mandris e 2 chaves.
- 3- Não consta nenhuma informação no manual nem no catálogo.
- 4- Consta na primeira página da proposta.
- 5- Consta no catálogo.

Portando a empresa está desclassificada. O representante manifestou interesse em recorrer.

**Questionamentos empresa MACOM para TECNOAR:**

- 1- Foi questionado sobre o equipamento ser Serra/Perfuradora Óssea.
- 2- Foi questionado os termos de garantia do equipamento.
- 3- Foi questionado sobre a Carta de Assistência técnica conforme solicitado no edital item 4.2 alinea B.
- 4- Foi questionado sobre a Declaração de Entrega de Equipamento Montado conforme edital item 4.2.1 alinea C.

**Resposta empresa TECNOAR:**

- 1- A Fundação explicou que apesar do título no edital estar Serra/Perfurador Ósseo conforme indicado no SIGEM, o descritivo solicitado foi de Perfurador.
- 2- Consta na proposta fornecida.
- 3- O representante informou que a documentação está no envelope B, porém não pode ser feito a abertura de envelope posterior para fins de conferencia documental.
- 4- O representante informou que a documentação está no envelope B, porém não pode ser feito a abertura de envelope posterior para fins de conferencia documental.

Portando a empresa está desclassificada. O representante manifestou interesse em recorrer.

**Questionamentos empresa TECNOAR para MACON:**

- 1- Foi questionado sobre o uso somente de nitrogênio no equipamento.

**Resposta empresa MACON:**

- 1- Foi comprovado na página 3 do manual, que o equipamento pode ser operado por Ar Comprimido.

**Questionamentos empresa TECNOAR para MICRODENT:**

- 1- Foi questionado sobre o uso somente de nitrogênio no equipamento.

**Resposta empresa MICRODENT:**

- 1- No manual consta apenas nitrogênio, sendo que o no edital foi solicitado nitrogênio, ar comprimido e ar medicinal.

Portando a empresa está desclassificada. O representante manifestou interesse em recorrer.

**Questionamentos da Fundação para MICRODENT:**

- 1- Foi questionado sobre a Turbina motora de até 30000 rpm.

**Resposta empresa MICRODENT:**

- 1- Não consta nenhuma informação no manual nem no catálogo.

**ITEM 3 – LAVADORA DE ENDOSCÓPIOS.**

- Para este item foi apresentada proposta da empresa SANDERS. Nenhum questionamento foi feito, portanto a empresa está classificada.

**ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:**

**ITEM 1 – BERÇO AQUECIDO.**

QUANTIDADE – 04 UNIDADES

	<b>OLIDEF</b>	<b>FANEM</b>
PROPOSTA	R\$ 37.556,00	R\$ 59.440,00
<b>LANCES UNIT.</b>	<b>R\$ 9.389,00</b>	<b>R\$ 14.860,00</b>
1	R\$ 9.389,00	Declinou
Valor unitário	R\$ 9.389,00	
Valor Total	R\$37.556,00	

**ITEM 2 – SERRA/PERFURADORA ÓSSEA (DRILL)**

QUANTIDADE – 06 UNIDADES

	<b>MACOM</b>
PROPOSTA	R\$ 131.100,00
<b>LANCES UNIT.</b>	<b>R\$ 21.850,00</b>
1	R\$ 21.850,00
Valor unitário	R\$ 21.850,00
Valor Total	R\$131.100,00

**ITEM 3 – LAVADORA DE ENDOSCÓPIOS.**

QUANTIDADE – 02 UNIDADES

	<b>SANDERS</b>
PROPOSTA	R\$ 128.000,00
<b>LANCES UNIT.</b>	<b>R\$ 64.000,00</b>
1	R\$ 64.000,00
Valor unitário	R\$ 64.000,00
Valor Total	R\$128.000,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the number 3.

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	OLIDEF	MACOM	SANDERS
1.	R\$ 37.556,00		
2.		R\$ 131.100,00	
3.			R\$ 128.000,00

### ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:

As empresas credenciadas e vencedoras na etapa de descrição técnica apresentaram todas as documentações. Por isso estão habilitadas.


### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presente e que manifestaram interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.


Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 08 de maio de 2018.

**GILSON CLEBER DOS SANTOS**  
**PREGOEIRO**



**BRUNA DE MELO ULHOA**  
**MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**



**RENATO SEICHI OKAMOTO**  
**MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**



**Andreia Regina Salustino**  
**SANDERS DO BRASIL LTDA**



**Jailson Genivaldo da Silva**  
**MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**  
**INDÚSTRIA LTDA**



**Ricardo Barbosa Souza**  
**OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**DE APARELHOS HOSPITALARES**  
**LTDA**





**SANTA CASA**  
DE FRANCA

Raphael Matheus Marques de Oliveira  
**MICRODENT APARELHOS MÉDICOS**  
**ODONTOLÓGICOS LTDA**

Danilo Honório Manenti  
**TECNOAR INDUSTRIA E COMÉRCIO**  
**DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E**  
**HOSPITALARES EIRELI - EPP**

Sergio Ricardo Pimentel  
**FANEM LTDA**



**RETIFICAÇÃO DA ATA N.º 001/2018 DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º138/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º077/2018.**

**Alteração parcial da redação:**

Na etapa de descrição técnica detalhada das empresas, onde se lê: "Questionamentos empresa FANEM para OLIDEF:

- 1- O edital solicita o Display de cristal líquido (LCD), e no manual consta alfanumérico.
- 2- Foi questionado como é a função pré-aquecimento do fornecedor.
- 3- Leito que permite posicionamento nas posições horizontal, trendelemburg e reverso trendelemburg.

**Resposta empresa OLIDEF:**

- 1- Comprovação de display LCD no manual, página 27.
- 2- Comprovação sobre o pré-aquecimento se encontra na página 54 do manual do fabricante e 13 do manual da ANVISA.

3- Comprovação sobre o leito está na página 31 do manual da ANVISA, e páginas 6 e 9 no manual do fabricante" leia-se como: "Questionamentos empresa FANEM para OLIDEF:

- 1- O edital solicita o Display de cristal líquido (LCD), e no manual consta alfanumérico.
- 2- Foi questionado como é a função pré-aquecimento do fornecedor.
- 3- Leito que permite posicionamento nas posições horizontal, trendelemburg e reverso trendelemburg.

**Resposta empresa OLIDEF:**

- 1- Comprovação de display LCD no manual, página 27.
- 2- Comprovação sobre o pré-aquecimento se encontra na página 54 do manual do fabricante e 13 do manual da ANVISA.

3- Comprovação sobre o leito está na página 31 do manual da ANVISA, e páginas 6 e 9 no manual do fabricante. O FORNECEDOR FANEM LTDA MANIFESTOU INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO MEDIANTE AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA"

Onde se lê: **Resposta empresa OLIDEF:**

- 1- Comprovação de display LCD no manual, página 27.
- 2- Comprovação sobre o pré-aquecimento se encontra na página 54 do manual do fabricante e 13 do manual da ANVISA.

3- Comprovação sobre o leito está na página 31 do manual da ANVISA, e páginas 6 e 9 no manual do fabricante." Leia-se como: "Resposta empresa OLIDEF:

- 1- Comprovação de display LCD no manual, página 27.
- 2- Comprovação sobre o pré-aquecimento se encontra na página 54 do manual do fabricante e 13 do manual da ANVISA. O representante indica que o numero de registro do equipamento é 10227180037

3- Comprovação sobre o leito está na página 31 do manual da ANVISA, e páginas 6 e 9 no manual do fabricante."