

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 088/2018**  
**ATA N.º 001/2018**

Às **dezesesseis horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2018** na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º **17/2017**, de 14 de junho de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 149/2018**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se credenciaram para a presente licitação e seus representantes são:

- **OLIDEF CZ E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES – CNPJ n. 55.983.274/0001-30**, devidamente representada pelo **Fabio Augusto Dantas**, portador da cédula de identidade RG n.º 43.900.332 SSP/SP.
- **COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA – CNPJ n. 95.433.397/0001-11**, devidamente representada pelo **Daniel Defendi**, portador da cédula de identidade RG n.24.159.236-7 SSP/SP
- **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA – CNPJ n.08.091.417/0001-19**, devidamente representada pelo **Júlio César de Freitas**, portador da cédula de identidade RG n.º 30.799.727-3 SSP/SP.

Fica registrado que, as empresas apresentaram todos os envelopes e que estavam devidamente lacrados. Dando assim, início ao certame.

**ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

**ITEM 1 – COAGULOMETRO.**

- Para este item não foi apresentada proposta pelas empresas.

**ITEM 2 – CARDIOTOCÓGRAFO.**

- Para este item foram apresentadas propostas pelas empresas Macrosul e Zafalon.

**Questionamentos empresa Zafalon para Macrosul:**

1- No edital foi solicitado que a fonte deverá ser incorporada no equipamento, porém o equipamento possui fonte externa.

2- Ausência do Certificado de Boas Práticas.

**Resposta empresa Macrosul:**

1- Foi verificado no manual na página 84 que o equipamento utiliza fonte externa. Portanto a empresa está desclassificada.

2- A equipe técnica verificou que devido a classificação do equipamento ser de médio risco, não a necessidade do Certificado de Boas Práticas.

**ITEM 3 – BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO.**

- Para este item foi apresentada proposta pela empresa Olidef, nenhum questionamento foi feito. Portanto o descritivo está aprovado.

**ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:**

**ITEM 2 – CARDIOTOCÓGRAFO.**

QUANTIDADE – 02 UNIDADES

	<b>ZAFALON</b>
<b>PROPOSTAS</b>	R\$ 68.780,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 34.390,00
LANCES UNITÁRIOS	R\$ 34.390,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 68.780,00</b>

**ITEM 3 – BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO.**

QUANTIDADE – 07 UNIDADES

	<b>OLIDEF</b>
<b>PROPOSTAS</b>	R\$ 7.700,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 1.100,00
LANCES UNITÁRIOS	R\$ 1.100,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 7.700,00</b>

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa		ZAFALON	OLIDEF
1.	-		
2.		<i>R\$ 68.780,00</i>	
3.			<i>R\$ 7.700,00</i>

**ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:**


A empresa credenciada e vencedora na etapa de descrição técnica apresentou todas as documentações. Por isso esta habilitada.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presente e que a empresa Macrosul manifestou interesse em recorrer a cerca de sua desclassificação.

Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.


2






Franca, 08 de junho de 2018.

**GILSON CLEBER DOS SANTOS  
PREGOEIRO**

  
\_\_\_\_\_  



**BRUNA DE MELO ULHOA  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

**RENATO SEICHI OKAMOTO  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**


  
\_\_\_\_\_

**JULIO CÉSAR DE FREITAS  
ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES  
LTDA**

**FABIO AUGUSTO DANTAS  
OLIDEF CZ E COMÉRCIO DE APARELHOS  
HOSPITALARES**

  
\_\_\_\_\_

**DANIEL DEFEND  
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS  
HOSPITALARES MACROSUL LTDA**

  
\_\_\_\_\_

