

A
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2018
PROCESSO LICITATORIO 135/2018

RECURSO

Curitiba, 9 de maio de 2018.


Prezados Senhores,

A Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MacroSul Ltda., inscrita no CNPJ nº 95.433.397/0001-11, sediada na Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, nº 270 – Curitiba/PR, por intermédio do representante credenciado Srº Daniel Defendi, portador da Carteira de Identidade nº 24.159.236-7, Órgão Emissor SSP-SP, CPF nº 261.543.058-00, e como licitante do Edital manifestado intenção em tempo hábil, vem interpor, tempestivamente e respeitosamente, com base na verdade e honestidade, nos fatos e na justiça, assim como na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar junto ao Presidente da Comissão de Licitação, e ao respectivo Departamento Jurídico o seguinte RECURSO quanto a desclassificação no item 03 Eletrocardiógrafo, qual poderemos comprovar que o equipamento ofertado atende aos requisitos solicitados em edital.

Após questionamentos quais foram comprovados na sessão, o quesito que não foi aceito pelo pregoeiro e equipe técnica, é que no manual do equipamento não informava exatamente a quantidade de exames que a "bateria opcional com maior autonomia" faria. Porém foi apresentado o catálogo com a informação da bateria que seria entregue, uma vez que não poderemos limitar no manual uma quantidade que varia de acordo com o fabricante da bateria e na qual estamos sempre atualizando tanto no quesito software quanto no quesito bateria, para que o equipamento possua a maior autonomia, dando segurança e aptidão para o equipamento, onde o profissional especializado fará os exames e diagnósticos precisos em equipamento de alta tecnologia.

Para comprovação da autonomia da bateria que será entregue para este órgão, segue em anexo ficha técnica do fornecedor da bateria onde informa a capacidade nominal e capacidade calculada de exames que é superior à 250 exames solicitados na especificação do edital.

Para que não restem dúvidas, em relação à transmissão dos arquivos por Wi-Fi em formato DICOM solicitado no edital, informamos que o meio de transmissão de todas as informações do eletrocardiógrafo será sempre realizado via Wi-Fi ou via cabo, independente do formato gerado pelo equipamento, lembrando que "DICOM" é apenas um dos formatos gerados por este equipamento. Sendo assim, qualquer formato escolhido pelo operador (DICOM, JPEG, PDF, XML, EKG, etc) será transmitido pela modalidade escolhida (Wi-Fi, cabo, etc)



avaliar • salvar • cuidar

Preliminarmente cabe salientar que, a empresa que ora se manifesta atende as especificações técnicas do edital e ainda possui o menor preço na proposta enviada. Onde o objetivo quando apresentamos a proposta de preços, é de cumprir com as exigências do Edital, especificações e documentação, apresentando equipamento compatível ou superior ao solicitado, acreditando que conseguiremos atingir as expectativas do usuário, que estará realizando um diagnóstico correto e preciso.

O julgamento das propostas deve ser objetivo, apoiado em critérios bem definidos no instrumento convocatório, os quais, atendendo ao "Princípio de Legalidade", não poderão contrariar as regras dispostas na Lei, bem como, evidentemente, aos princípios basilares de licitação.


E baseando-se na finalidade básica da licitação, onde seleciona a "proposta mais vantajosa para Administração Pública", e esta vantagem dando-se através da adequação e satisfação ao interesse público, e que **atenda aos requisitos e a especificação contida no presente edital.**

Isto posto,


Diante dos fatos apresentados para o Item 03 – Eletrocardiógrafo, a empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA ora recorrente, comprova que atende a especificação do edital e que possui o menor preço, se tornando então a empresa VENCEDORA do certame em epigrafe, com a marca BIONET - modelo CARDIO7.

Requer:

Seja dada providência ao presente Recurso, pela Comissão de Licitação por ser um princípio de justiça.



Daniel Defendi
RG: 24.159.236-7 SSP-SP
CPF: 261.543.058-00




FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


CLIENTE: COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA
PACK DE BATERIA SAMSUNG LI-ION 11.1V-3500MAH – HIGH CAPACITY
APLICAÇÃO: CARDIO 7 – BIONET

Revisão: 05/05/2018

Imagem do Produto



Código de Barras do produto



Especificações Técnicas

Código do Produto: 2171-1

Marca: SAMSUNG

Descrição: BATERIA PACK SAMSUNG LI-ION 11.1V-3500MAH

Tipo de Bateria / Sistema eletroquímico: Lítio Ion (Li-ion)

Tensão Nominal: 11.1V

Tensão Flutuação / Pico: 12.6V

Tensão Corte (cut-off): 7.95V

Capacidade Nominal: 3500mAh

Capacidade Calculada de Exames em Bateria: 270/300.

Carga – Parâmetros / Especificações:

O Carregador a ser utilizado, deve ser inteligente e próprio para Baterias de Li-ion.

Voltagem para Carga: 12.6V

A Corrente de Carga deverá ser - Mínimo 260mAh / Máximo 2000mAh. (Sistema inteligente)

Descarga – Parâmetros / Especificações:

Tensão Corte (Cut-off): 7.95V

Máximo descarga Contínua: 4000mAh (Limitado por componente de proteção)

Componentes de Proteção: FSR420 / M1519 / Sensor de temperatura.

Conectores/terminais: 177/M559

Projeto: Danilo Andriolo – Vendedor Técnico - Strema Baterias – Tel. (11)2940-3020 / 98995-5508

danilo.vendas@stremabaterias.com.br