

PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2016  
ATA Nº 001/2016

Às dez horas do dia vinte e dois de fevereiro de 2016, na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 13/2015, de 29 de setembro de 2015, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 0104/2016**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **DRAGER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ n.02.535.707/0001-28**, devidamente representada pelo **Luiz Antônio Rodrigues Machado**, portador da cédula de identidade RG n.º 47.990.128-4 SSP/SP.
- **IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA – CNPJ n.59.269.654/0004-00**, devidamente representada pelo **Antônio Roque Junior**, portador da cédula de identidade RG n.º 12.283.979-1 SSP/SP.

**ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

ITEM 1 – Aparelho de anestesia

- Para este item foram apresentadas propostas pelas empresas Drager Industria e Comercio Ltda e Imagem Sistemas Médicos Ltda. A empresa Imagem questionou a Drager com relação a apresentação do manual de treinamento de serviços técnicos do equipamento, conforme solicitado em edital, a empresa Drager afirmou que este manual não há custo e será disponibilizado no ato da entrega do equipamento e no treinamento, se dispôs ainda a declarar a próprio punho que não há custos, a Imagem questionou a declaração ser feita após a abertura do envelope e conforme informado pela comissão de apoio da FSCMF a mesma realmente não deve ser feita após a abertura do envelope. A empresa Drager questionou a descrição técnica do equipamento apresentado pela empresa Imagem onde consta na especificação técnica que o rotâmetro é com indicação analógica, sendo solicitado em edital rotâmetro com indicação digital e não consta também na proposta na Imagem os 10 sensores de fluxo único para todos os tipos de pacientes. Sendo assim nenhum dos participantes atenderam ao edital do pregão e o mesmo foi frustrado.

**ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:**

**ITEM 1 – APARELHOS DE ANESTESIA**

QUANTIDADE – 03 UNIDADES

- Não houve a etapa de lances, pois os participantes foram desclassificados.

**ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:**

Não houve esta etapa, pois os participantes foram desclassificados.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**


Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presentes e que nenhuma manifestou interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.

Que todas as empresas foram desclassificadas por não atenderem ao edital.

Nada mais a constar assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 22 de fevereiro de 2016.


**GILSON CLEBER DOS SANTOS**  
**PREGOEIRO**



**LILIAN CAMPOS GALVÃO FACIROLLI**  
**MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**




**NAYARA F. DE MORAIS FERNANDES**  
**MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**



**LEANDRO BORGES**  
**MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**



**LUIZ ANTONIO RODRIGUES MACHADO**  
**DRAGER INDÚSTRIA E COMERCIO**  
**LTDA**



**ANTÔNIO ROQUE JUNIOR**  
**IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA**