



RETIFICAÇÃO N.º 02 DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º091/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º030/2014

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que, no **PREGÃO PRESENCIAL n.º030/2014**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição de:

Item 01. Elevador para Transposição de Leito - 04 unidades

Item 02. Ventilador Pulmonar - 04 unidades

Item 03. Ventilador Pulmonar para transporte - 02 unidades

Item 04. Monitor Multiparametros - 05 unidades

Item 05. Cardioversor - 03 unidades

Item 06. Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - 216 unidades

Item 07. Foco Cirúrgico de Teto com Iluminação por Leds - 04 unidades, de acordo com as condições do Edital e seus Anexos, publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município de Franca, no dia 07/11/2014, **deverão ser observadas as alterações no texto do Edital conforme disposições abaixo:**

Alteração parcial da redação do Anexo II:

“Especificação técnica dos itens”

Item 6 – Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - 216 Unidades; será acrescentada a descrição complementar a seguir: “Com colchão de demissões: 1,88 x 0,88 x 0,10 a 0,15m - Densidade 33.”, dessa forma leia-se como segue e não como constou para todos os efeitos legais:

Item 6 – Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - 216 Unidades

Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. Base em tubo quadrado 40 x 40 x 1,5mm com pes recuados. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm. Permite os movimentos Fawler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular, comandados por duas manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm. Com para-choque redondo na cabeceira e peseira para proteção de parede. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 75mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade 180 kg. Dimensões Externas: 2,10 x 1,00 x 0,68m. Internas: 1,90 x 0,90m. Produto com registro na Anvisa. Com colchão de dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10 a 0,15m - Densidade 33.

Tendo em vista que a retificação realizada não implica em qualquer prejuízo aos licitantes, fica mantida a data e os horários da abertura da sessão pública do pregão presencial n.º 030/2014, processo n.º091/2014, onde deverão ser apresentados todos os documentos, indicados no edital inicial.

E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será a presente retificação do Edital afixada no mural de Compras no prédio da administração da Fundação, bem como no site




**SANTA CASA
DE FRANCA**

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA • HOSPITAL DO CORAÇÃO • HOSPITAL DO CÂNCER

www.santacasadefranca.com.br, no link "Compras e Licitações - Licitações", conforme determina a legislação.

Franca, 11 de novembro de 2014.


Gilson Cleber dos Santos
Pregoeiro