

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2018
ATA Nº 001/2018

Às nove horas do dia sete de maio de 2018 na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 17/2017, de 14 de junho de 2017 reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 135/2018**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA – CNPJ n.95.433.397/0001-11**, devidamente representada pelo **Daniel Defendi**, portador da cédula de identidade RG n.º 24.159.236-7 SSP/SP.
- **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA – CNPJ n.11.405.384/0001-49**, devidamente representada pelo **Juliana Izidoro**, portador da cédula de identidade RG n.47.334.555 SSP/SP
- **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA – CNPJ n. 08.091.417/0001-19**, devidamente representada pelo **Amanda Izidoro**, portador da cédula de identidade RG n.48.704.520-8 SSP/SP

ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA UTI.

- Para este item foi apresentada proposta pela empresa Zafalon. Nenhum questionamento foi feito, portanto, o descritivo foi aprovado.

ITEM 2 – REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO.

- Para este item foi apresentada proposta pela empresa Macrosul. Nenhum questionamento foi feito, portanto, o descritivo foi aprovado.

ITEM 3 – ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL.

- Para este item foi apresentada proposta pelas empresas Zafalon, Alfamed e Macrosul.

Questionamento da empresa Zafalon para Alfamed: qualidade de sinal do ECG. Identificação de eletrodo solto. Análise das medidas frequência cardíaca e segmento QT. Identificação do sinal automático do marca-passo. No registro ter a velocidade do traçado. A comunicação com o computador. Memória de exames. Bateria com impressão de 250 exames.

Resposta empresa Alfamed: A empresa enviou o manual da ANVISA via e-mail para ser analisado. Sobre a qualidade de sinal do ECG no manual não há comprovação sobre o questionamento. A identificação de eletrodo solto se encontra na página 145. Sobre a análise das medidas de frequência cardíaca e segmento QT no manual não há comprovação sobre o questionamento. A identificação do sinal automático de marca-passo se encontra na página 80. O registro de velocidade do traçado se encontra na página 80. A comunicação com o computador se encontra na página 83, porém deve ser instalado software e na página 87 consegue transferir os dados no formato SCP/FDA-XML/PDF porém

necessita de cabo de rede, no edital pede comunicação direta. Sobre a memória interna de armazenamento de 100 exames se encontra na página 146, porém não comprova que possui memória interna. A bateria para impressão de 250 exames se encontra na página 156. Portanto a empresa Alfamed está desclassificada. A empresa manifestou interesse em entrar com recurso.

Questionamento da empresa Macrosul para Alfamed: foi a memória de exames.

Resposta empresa Alfamed: A empresa enviou o manual da ANVISA via e-mail para ser analisado. Sobre a memória interna de armazenamento de 100 exames se encontra na página 146, porém não comprova que possui memória interna.

Questionamento da empresa Zafalon para Macrosul: na especificação não tem o certificado da NBR. Comunicação com o computador. A capacidade da bateria para impressão de 250 exames. Laudo de interpretação automática. Análise das medidas de frequência cardíaca e segmento QT.

Resposta empresa Macrosul: A empresa enviou o manual da ANVISA via e-mail para ser analisado. O manual que foi analisado é o registrado no Inmetro. A NBR se encontra na página 169 do manual. A comunicação com o computador se encontra na página 132 item 9.3 e na página 137 porém não comprova a exportação de dados via Wi-fi no formato DICOM ou PDF ou via USB no formato HL7. A capacidade da bateria auxiliar para impressão de 250 exames (incluso em proposta) se encontra na página 168, mas não comprova que chega no limite mínimo de exames exigido no edital. O laudo de interpretação automática se encontra na página 8 item 2.1 e na página 166 item 13.4. A análise das medidas de frequência cardíaca e segmento QT se encontra na página 166 item 13.4. Portanto a empresa Macrosul foi desclassificada. A empresa manifestou interesse em entrar com recurso.

Questionamento da empresa Macrosul para Zafalon: Comunicação com o computador.

Resposta empresa Zafalon: Sobre a comunicação com o computador nas páginas C4 e C5 do manual, consta a transferência de dados via Wi-fi em formato PDF, também foi apresentado o catálogo técnico como comprovação.

Questionamento da empresa Alfamed para Zafalon: A capacidade da bateria para impressão de 250 exames.

Resposta empresa Zafalon: A capacidade da bateria se encontra na página C4.

ITEM 4 – LARINGOSCÓPIO ADULTO.




- Para este item foi apresentada proposta da empresa Macrosul. Nenhum questionamento foi feito, portanto, o descritivo foi aprovado

ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:

ITEM 1 – CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA UTI.

QUANTIDADE – 02 UNIDADES

Zafalon	
PROPOSTA	R\$ 118.000,00
LANCES UNIT.	R\$ 59.000,00
1	R\$ 59.000,00
<i>Valor unitário</i>	R\$ 59.000,00
<i>Valor Total</i>	R\$118.000,00



 2


ITEM 2 – REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO

QUANTIDADE – 06 UNIDADES

Macrosul	
PROPOSTA	R\$ 960,00
LANCES UNIT.	R\$ 160,00
1	R\$ 160,00
Valor unitário	R\$ 160,00
Valor Total	R\$960,00

ITEM 3 – ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL.

QUANTIDADE – 06 UNIDADES

Zafalon	
PROPOSTA	R\$ 69.000,00
LANCES UNIT.	R\$ 11.500,00
1	R\$ 11.500,00
Valor unitário	R\$ 11.500,00
Valor Total	R\$69.000,00

ITEM 4 – LARINGOSCÓPIO ADULTO

QUANTIDADE – 10 UNIDADES

Macrosul	
PROPOSTA	R\$ 7.620,00
LANCES UNIT.	R\$ 762,00
1	R\$ 750,00
Valor unitário	R\$ 750,00
Valor Total	R\$7.500,00

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	Zafalon	Macrosul	
1.	R\$ 118.000,00		
2.		R\$ 960,00	
3.	R\$ 69.000,00		
4.		R\$ 7.500,00	

ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:

As empresas credenciadas e vencedoras na etapa de descrição técnica apresentaram todas as documentações. Por isso estão habilitadas.


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presente e que manifestaram interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.


Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 07 de maio de 2018.


GILSON CLEBER DOS SANTOS
PREGOEIRO




BRUNA DE MELO ULHOA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO




RENATO SEICHI OKAMOTO
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO



AMANDA APARECIDA IZIDORO
ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
LTDA



DANIEL DEFENDI
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA



JULIANA IZIDORO
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

