

PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2015
ATA N.º 001/2015

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de dezembro do ano de 2015, na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 13/2015, de 29 de setembro de 2015, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 0102/2015**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **BAUMER S/A . – CNPJ n.61.374.161/0001-30**, devidamente representada pelo **Sr. Dorival Fortunato Peres**, portador da cédula de identidade RG n.º 10.480.170-0 SSP/SP.
- **CIRURGICA ÁVILA COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA – CNPJ n.56.885.940/0001-60**, devidamente representada pelo **Sr. João Carlos Ávila**, portador da cédula de identidade RG n.º 9.811.367-7 SSP/SP.
- **DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ n.02.535.707/0001-28**, devidamente representada pelo **Sr. Luiz Antonio Rodrigues Machado**, portador da cédula de identidade RG n.º 47.990.128-4 SSP/SP.
- **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. – CNPJ n.00.029.372/0004-93**, devidamente representada pelo **Sra. Alessandra Nunes Silveira**, portador da cédula de identidade RG n.º 24.153.131-7 SSP/SP.
- **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA. – CNPJ n.08.091.417/0001-19**, devidamente representada pelo **Sr. Julio Cesar de Freitas**, portador da cédula de identidade RG n.º 30.799.727-3 SSP/SP

ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM 1 – Aparelho de Anestesia

- Para este item foram apresentadas propostas das empresas Baumer S/A, Cirúrgica Ávila Com. de Equip. Hosp. Ltda, Drager Ind. Comércio Ltda, Ge Healthcare do Brasil Com. Serv. Para Equip. Médicos Hospitalares Ltda e Zafalon Soluções Hospitalares Ltda, houve questionamento pela empresa GE para a empresa Baumer sobre o atendimento a pacientes neo-natais e sensor de fluxo autoclavável, de acordo com o manual registrado na Anvisa, item 3.1 pagina 08 cita que atende pacientes maiores de 02 quilograma até obesidade mórbida e na pagina 106 na tabela 13.08 métodos de limpeza e desinfecção, item (A) sensor de fluxo não é autoclavável, sendo assim a empresa **Baumer foi desclassificada** por não atender o edital. Para a empresa Cirúrgica Ávila houve questionamentos pela empresa GE com relação ao sistema de condensação e bloco de fluxômetro digitais com escala mínima de 0 a 800 ml, após conferência do manual registrado na Anvisa nada ficou concluído, pois não foi identificado o condensador ou aquecedor, foi solicitado demonstração no manual e a empresa não identificou. Com relação ao fluxômetro na pagina 213 do manual publicado na Anvisa "informações técnicas" escalas de O₂, N₂O e ar comprimido, tabela 41, consta que as escalas são de 10 a 1000 ml/ min não atendendo o edital, por esta razão a empresa **Cirurgica Avila foi desclassificada**. Foi apresentado esclarecimento pela empresa Drager sobre o sistema de turbina ou fole integrado, onde o seu produto apresenta sistema por pistão, por esta razão o fornecedor não atende ao especificado em edital, sendo assim a empresa **Drager foi desclassificada**. A empresa Drager questionou a GE sobre o fluxômetro

rotâmetroretro-iluminados, a GE não localizou a informação no manual, a mesma empresa também foi questionada com relação ao cancelamento do registro da Anvisa apresentado e não soube justificar o motivo. Por estas duas razões a **GE foi desclassificada**. A empresa Drager questionou a Zafalon com relação ao Fole onde seu equipamento é descendente e o edital pede ascendente, por este motivo a empresa **Zafalon foi desclassificada**.

ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:

ITEM 1 – APARELHO DE ANESTESIA

QUANTIDADE – 03 UNIDADES

Não chegou nesta etapa, pois as empresas credenciadas foram desclassificadas na etapa de análise de descrição técnica.

ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:

Não houve esta etapa, pois as empresas credenciadas foram desclassificadas..


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presentes e que nenhuma manifestou interesse em recorrer a cerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento.

Nada mais a constar, assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 11 de dezembro de 2015.

GILSON CLEBER DOS SANTOS
PREGOEIRO




LILIAN CAMPOS GALVÃO FACIROLLI
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO



NAYARA F. DE MORAIS FERNANDES
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO



LEANDRO BORGES
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO





**SANTA CASA
DE FRANCA**

Dorival Fortunato Peres
BAUMER S/A.

João Carlos Ávila
**CIRÚRGICA ÁVILA COM. DE EQUIP.
HOSP. LTDA.**

Alessandra Nunes Silveira
**GE HEALTHCARE DO BRASIL
COMÉRCIO E SERV. PARA EQUIP.
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**

Luiz Antônio Rodrigues Machado
**DRAGER COMÉRCIO E INDUSTRIA
LTDA.**

Júlio Cesar de Freitas
**ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
LTDA.**