

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2015**  
**ATA N.º 001/2014**

Às duas horas e trinta minutos do dia vinte e três de abril do ano de 2015, na sala de licitações da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, designados pela Norma n.º 12/2014, de 24 de junho de 2014, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o **Processo Licitatório n.º 096/2015**, destinado à aquisições de **Equipamentos Médico Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente licitação são:

- **Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. – CNPJ n.º 63.736.714/0001-82**, devidamente representada pelo **Sr. Júlio Cesar de Freitas**, portador da cédula de identidade RG n.º 30.799.727-3 SSP/SP.
- **Cirúrgica Martomed Ltda EPP. – CNPJ n.º 44.689.867/0001-71**, devidamente representada pelo **Sr. Rafael de Almeida Araújo**, portador da cédula de identidade RG n.º 44.510.417-X SSP/SP.
- **Onmimed Ltda. – CNPJ n.º 04.469.133/0001-62** devidamente representada pelo **Sr. José Orlando Pimenta**, portador da cédula de identidade RG n.º 13.895.040-4 SSP/SP.

**ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

**ITEM 1 – Monitor Multiparametro**

- Para este item foi apresentada propostas pelas empresas Dixtal, Martomed e Onmimed. Foi questionado pelo representante da empresa Dixtal sobre o documento que atesta a garantia do equipamento da empresa Martomed, a empresa em questão se defende mostrando que a garantia de um ano consta no manual da Anvisa. O representante da empresa Dixtal questiona sobre a carta que a empresa Martomed apresenta dos representantes e distribuidores do equipamento no Brasil, assim a empresa questionada alega que apresentou a carta onde consta um representante regional, a empresa Dixtal ainda aponta que a empresa Martomed não oferta um equipamento com a pressão arterial não invasiva com exibição da pressão de 0 a 300 mmhg, a empresa Martomed por sua vez se defende alegando que a pressão sendo de 0 a 300 ou de 10 a 300 mmhg é irrelevante para o funcionamento do equipamento. O representante da empresa Martomed questiona sobre os acessórios do equipamento ofertado pela empresa Dixtal, que não tem cabo extensor para sensor de oximetria, a empresa Dixtal alega que atende o comprimento solicitado. O representante da empresa Dixtal questiona a empresa Onmimed sobre as configurações no modo de inserção/ retirada dos módulos de ECG/ SPO2/ nibp/ temperatura/ respiração/ para adulto do equipamento ofertado pela empresa em questão, a empresa Onmimed alega que no equipamento existe a capacidade modular, inclusive com as mesmas características do equipamento da empresa Dixtal e ainda alega que a empresa em questão quer conturbar o certame indo contra a Lei 8.666/93. A empresa Onmimed questiona a empresa Dixtal quanto ao sensor de oximetria ser de cabo único e não com extensor conforme pedido no edital, o representante da empresa Dixtal responde que atende ao comprimento solicitado.

O engenheiro clínico da Fundação aponta que embora tenham sido feitos questionamentos, os equipamentos ofertados atendem aos interesses da Fundação, assim visando também o princípio da economicidade a Fundação optou por continuar com o processo licitatório, abrindo a etapa de propostas e lances.

**ETAPA DE PROPOSTAS E LANCES:**

**ITEM 1 – MONITOR MULTIPARAMETRO**

QUANTIDADE – 5 UNIDADES

	Dixtal	Martomed	Onmimed
PROPOSTA	R\$ 68.250,00	R\$ 65.260,00	R\$ 53.535,00
<b>LANCES UNIT.</b>			
1	Declinou	Declinou	R\$ 52.500,00
Valor unitário			R\$ 10.500,00

- Segue na tabela abaixo o menor valor registrado por item:

Item / Empresa	Onmimed
1.	52.500,00

**ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO:**

Encerrada a sessão de lances, passando a verificação dos documentos exigidos para a habilitação constatou-se que as empresas apresentaram todos os documentos requeridos no edital.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Fica registrado que as empresas participantes do pregão se fizeram presentes e que o representante da empresa Dixtal manifestou interesse em recorrer à cerca do item licitado.


Que a empresa vencedora da etapa de lances se comprometeu a entregar o item com frete e seguro inclusos.

Nada mais a constar assinam a presente ata o pregoeiro, os integrantes da equipe de apoio e os representantes das empresas credenciadas no processo.

Franca, 23 de abril de 2015.

  
 GILSON CLEBER DOS SANTOS  
 PREGOEIRO

  
 LUIS FERNANDO FURINI  
 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO


  
 RAFAELA SOUZA SILVA  
 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO




LEANDRO BORGES  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO



JÚLIO CESAR DE FREITAS  
DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



JOSÉ ORLANDO PIMENTA  
ONMIMED LTDA.



RAFAEL DE ALMEIDA ARAÚJO  
CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP.

10